

試 験 成 績 書

試 験 成 績 書 番 号 : 12TR-Y1153

受付日及び受付番号 : 平成24年11月26日 (A12Y0582)

申 込 者 : 株式会社 マイセック
(名 称 ・ 住 所)

愛知県名古屋市西区笠取町3丁目54番地

製 品 名 : その他の凍結又は凝結防止用電熱器具

製 品 の 型 : TY-01HGY

製 品 の 定 格 : 100V, 21W

適 用 規 格 : 電気用品の技術上の基準を定める省令〔昭和37年通商産業省
令第85号：平成24年経済産業省令第5号（最終改正）〕
第1項 別表第八 1及び2（32）

試 験 結 果 : 適 合

平成24年12月13日

一般財団法人 電気安全環境研究所 (JET)

横浜事業所長 初見 隆司



平成24年12月13日

株式会社 マイセック
代表取締役社長 間宮 収 殿

東京都渋谷区代々木5-14-12
一般財団法人 電気安全環境研究所
製品認証部

平成24年11月26日 付けでお申込みいただきました下記の特定期間用品
につきましては、同封の適合性検査証明書のとおり平成24年12月13日
付にて交付され、平成31年12月12日 まで有効であることをお知らせし
ます。

記

1. 受 付 番 号 : A12Y0582A
2. 特定期間用品名 : その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
3. 製 品 の 型 : TY-01HGY
4. 証 明 書 番 号 : J E T 6 8 4 7 - 8 1 0 6 9 - 1 0 0 1
5. 製 造 工 場 名
住 所 : 愛知県西春日井郡豊山町豊場字志水80
氏名又は名称 : 株式会社 マイセック SE事業部
6. 型 式 :
単相, 100V, 21W, 器体スイッチなし, 自動スイッチなし, 自動温度調節器なし,
ドータイト式, 電源電線直付け, 温度過昇防止装置なし, 屋内用, 二重絶縁なし
(AED凍結防止器)