

成 績 書

依頼者	住 所	名古屋市西区笠取町3-54			
	氏 名 (名称及び 代表者氏名)	株式会社マイセック			
依頼事項		恒温恒湿試験			
試 料	品 名	AED保温ケース		数 量	1
成 績	依頼年月日 平成24年 3月 9日				
	使用機器 タバイエスベック社製 恒温恒湿試験器				
成 績	試験内容 下記の環境下に試料を放置した。				
	- 5℃から18時間かけて-30℃				
	- 30℃1時間				
	- 30℃から5時間かけて0℃				
	0℃から18時間かけて-20℃				
	- 20℃1時間				
	- 20℃から5時間かけて5℃				
	5℃3時間				
	0℃3時間				
	- 5℃3時間				
	- 10℃3時間				
	- 15℃3時間				
- 20℃3時間					
- 25℃3時間					
- 30℃3時間					
試験結果		良否判定は依頼者側の判断による。			
受付施設		産業技術センター			
試料の成績は上記のとおりです。					
平成 24年 3 月 30 日					
あいち産業科学技術総合センター所長 中 野 達 夫					

